

Příloha č. 1B

k Rámcové smlouvě o nájemní smlouvě

I. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ OXYGENÁTORU

1. **Mobilní systém** na bázi kapalného kyslíku kód číselníku zdravotnických prostředků (dále jen „zařízení“).

2. Zařízení splňuje požadavky dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zařízení je dodáváno v kompletní sestavě spolu s příslušenstvím:

- stacionární zásobník 1 ks
- mobilní zásobník 1 ks

příslušenství:

- zvlhčovač kyslíku 1 ks
- kolečkový podvozek 1 ks
- nádobka na kondenzát 1 ks
- hadice (dle dispozic lékaře)
- kanyla 3 ks nebo maska 1 ks (dle dispozic lékaře)

4. Základní technické parametry zařízení:

- výrobce -
- příkon el. energie -
- provozní napájecí napětí -
- regulace průtoku kyslíku -
- hmotnost -

II. CENA NÁJMU ZAŘÍZENÍ

1. Cena nájmu je stanovena ve výši ____,__ Kč za pronájem 1 ks daného typu zařízení za jeden den.

2. K této ceně bude připočtena částka daně z přidané hodnoty v zákonné výši.

III. INDIKAČNÍ A KONTRAINDIKAČNÍ KRITÉRIA

1. **Indikace:**

V České republice platí následující kritéria pro zařazení pacientů do programu DDOT. K DDOT jsou indikováni nemocní, kteří v klidovém stadiu nemoci, přes komplexní léčbu základního onemocnění, mají hodnoty P_aO_2 stanovené v arteriální krvi v poloze vsedě, během dne a v klidu nižší než 8,0 kPa a současně mají alespoň jednu z následujících komplikací. Katetrizačně, echokardiograficky, podle rtg nebo ekg obrazu prokázanou plicní hypertenzi

nebo cor pulmonale, nebo mají otoky či polycytémii případně hyperkapnii. Klesne-li P_aO_2 pod hodnotu 7,3 kPa, nejsou další kritéria vyžadována. Hodnota P_aO_2 se při oxygenoterapii má zvýšit alespoň o 1 kPa, aniž by se zvyšovala hodnota P_aCO_2 . Jiné způsoby odběru krve pro účely DDOT jsou nepřijatelné, stejně jako užití nepřímých metod (např. pulzní oxymetrie) se stanovením hodnoty S_pO_2 . V ČR platí ještě zvláštní kritéria pro pacienty s fibrotizujícími procesy. Těmto nemocným může být přidělen zdroj kyslíku, pokud dosáhnou hodnoty P_aO_2 nižší než 8 kPa po zátěži 50 W po dobu maximálně 5 minut. Indikaci DDOT provádí odborník oboru TRN. DDOT není v ČR indikována u nemocných s dušností bez hypoxémie, u kuřáků a nespolupracujících pacientů. V ČR dále není indikací pro DDOT ponámahová nebo spánková denaturace.

2. Na mobilní systém na bázi kapalného kyslíku mají nárok:

- a) čekatelé na transplantaci plic
- b) pacienti, kteří ke korekci hypoxémie potřebují průtok kyslíku 3,5 l/min a více
- c) pacienti, kteří splní podmínky šestiminutového testu chůze (bez omezení minimálním průtokem).

Tato tři kritéria platí nezávisle jedno na druhém.

3. Za pozitivní výsledek šestiminutového testu se považuje současné splnění těchto tří kritérií:

- a) pacient bez kyslíku ujde minimálně 130 metrů
- b) s kyslíkem ujde minimálně o 25% delší vzdálenost
- c) S_pO_2 po skončení testu bude minimálně 90%.